

## Vysvětlení/změna zadávací dokumentace č. 1

V zastoupení zadavatele **Městská nemocnice v Odrách, příspěvková organizace, se sídlem Nadační 375/1, 742 35 Odry, IČO: 66183596**, Vám v souladu s § 98 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), poskytujeme vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce s názvem „**Dodávka reagensů, spotřebního materiálu, kalibračních a kontrolních materiálů pro biochemická a imunochemická vyšetření včetně bezplatné výpůjčky biochemického a imunochemického analyzátoru**”.

Zadavatel v příloze s názvem **Nemocnice\_Odry\_reagencie\_P03.2\_ZD** v části Technické požadavky pro imunochemický analyzátor požaduje:

### **Dotaz č. 1:**

„Dodavatel dodá **stolní automatický analyzátor** - certifikovaný (včetně ovládacího SW) pro in vitro diagnostiku (CE-IVD) dle specifikace.”

Bude zadavatel akceptovat dodávku **“stand alone”** imunochemického analyzátoru integrovaného s biochemickým přístrojem do jednoho celku?

### **Odpověď zadavatele:**

**Ne, z prostorových důvodů. Instalace analyzátorů „stand alone“ spojených do linky by vyžadovalo kompletní a nákladnou přestavbu laboratoře.**

### **Dotaz č. 2:**

„Pro méně frekventní vyšetření (do 500/rok) jsou k dispozici reagenty s počtem maximálně 50 testů.”

Bude zadavatel akceptovat balení testů pro méně frekventní imunochemické metody (do 500 testů/rok) o velikosti 100 testů/balení?

### **Odpověď zadavatele:**

**Ne, z důvodu nízkého počtu požadavků. Počty některých vyšetření se pohybují v rozmezí pouze 50 - 300 /rok.**

### **Dotaz č. 3:**

„Kontrolní materiál nezávislého výrobce s deklarovanými hodnotami pro daný analyzátor minimálně na dvou hladinách.”

Bude zadavatel akceptovat dodání “single kontrol” vyráběných výrobcem reagentů po metodu PCT?

**Odpověď zadavatele:**

Ano, lze.