

**Městská nemocnice v Odrách, příspěvková
organizace**
Nadační 375/1
74235 Odry

V Praze dne 10. 06. 2022

Věc: Žádost o poskytnutí dodatečných informací k zadávací dokumentaci

Firma **Svetadil technology s.r.o.** jako uchazeč o veřejnou zakázku ID: VZ0124387, „**Dodávka automatického chemodezinfektoru endoskopů**“ zadavatele Městská nemocnice v Odrách, příspěvková organizace, tímto žádá o doplnění nebo upřesnění některých informací:

Znění dotazu č.1

V zadávací dokumentaci stanovuje zadavatel v oddílu B VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY, SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ následující technické parametry *automatického dezinfektoru endoskopů*:

- *funkce sušení vnějšího povrchu endoskopu*

Dle uchazečových znalostí na trhu s dezinfektory endoskopů požadavek na *funkce sušení vnějšího povrchu endoskopu* silně omezuje počet potenciálních dodavatelů a tím i nabídek do výběrového řízení, protože takovýto požadavek splňuje pouze jediný výrobce na českém trhu

Mohl by zadavatel akceptovat nabídku dezinfektoru endoskopů bez *funkce sušení vnějšího povrchu endoskopu*, který by jinak splňoval bezezbytku všechny ostatní požadavky?

Uchazeč se domnívá, že tento rozdíl nemá žádný zásadní vliv na splnění medicínského účelu a navíc umožňuje zadavateli získat případnou výhodnější nabídku rozšířením okruhu potenciálních dodavatelů.

Za odpověď předem velice děkujeme!

S pozdravem

.....
MUDr. Eduard Gataullin, jednatel

Svetadil technology s.r.o.
IČO:27429768, DIČ:CZ27429768
Miroslava Hajna 759/3, Praha 9
199 00, Česká Republika
