

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená podle § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

mezi

prodávajícím, jímž je:

obchodní firma: Svetadil technology s.r.o.
se sídlem: Miroslava Hajna 759/3, Praha 9, 199 00, Česká Republika
IČ : 27429768
DIČ: CZ27429768
jehož jménem jedná: MUDr. Eduard Gataullin, jednatel
tel.: (+420) 773 124 948
e-mail: info@red-med.cz
bankovní spojení / číslo účtu: Československá obchodní banka, a. s./ 242126765/0300
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 112062
(dále označován krátce též jako **prodávající**)

a

kupujícím, jímž je:

obchodní firma: Městská nemocnice v Odrách, příspěvková organizace
se sídlem: Nadační 375/1, 742 35 Odry
IČ : 66183596
DIČ: CZ66183596
jehož jménem jedná: Ing. Martin Šmaus, ředitel
tel.: +420 556 778 180, 605 237 172
e-mail: martin.smaus@nemocniceodry.cz
bankovní spojení / číslo účtu: Fio banka, a.s., pobočka Nový Jičín /2301209819/2010
(dále označován krátce též jako **kupující**),

Článek I.

Předmět smlouvy

Prodávající se touto smlouvou zavazuje dodat kupujícímu a převést na něj vlastnické právo ke zboží dle přílohy, č. 1 této smlouvy, tj.: **plně automatické mycí a dezinfekční zařízení pro čištění a dezinfekci flexibilních endoskopů, zařízení pro jeden flexibilní endoskop. (Součástí dodávky je i příslušenství a startovací balení spotřebního materiálu nutné k zahájení plnohodnotného provozu v celém rozsahu).**

Kupující se touto smlouvou zavazuje zboží převzít do svého vlastnictví a zaplatit za něj sjednanou kupní cenu.

Článek II.

Kupní cena

1) Dohodnutá kupní cena dodávky zboží specifikované v čl. I. této kupní smlouvy činí:

Cena bez DPH:	379 000.-Kč
DPH: 21 %	79 590.-Kč
Celková kupní cena včetně DPH:	458 590.-Kč

- 2) Kupní cena dodávky zboží zahrnuje cenu vlastního zboží včetně obalu, cenu dopravy zboží do místa plnění včetně transportního obalu, cenu montáže zboží a záruční servis včetně bezpečnostně technických kontrol během záruční doby. Zaškolení obsluhy je poskytováno zdarma.
- 3) Celková kupní cena včetně příslušné DPH bude uhrazena kupujícím prodávajícím na základě faktury, kterou doručí prodávající kupujícím po podpisu předávacího protokolu nebo dodacího listu o dodání zboží. Faktura je splatná do 30 (třiceti) kalendářních dnů ode dne jejího doručení kupujícím.
- 4) Zálohy nebudou poskytovány.

Článek III.

Přechod vlastnictví a nebezpečí nahodilé zkázy

- 1) Vlastnické právo ke zboží přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem převzetí.
- 2) Nebezpečí nahodilé zkázy nebo škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem předání zboží.

Článek IV.

Místo a termín plnění

- 1) Dodáním zboží se rozumí postup, jehož završením je faktické předání zboží kupujícím na základě oboustranně podepsaného písemného předávacího protokolu a dodacího listu, manuálu v českém jazyce, dokladu o CE, dokladu o způsobilosti k provádění servisu a instruktáži a dokladu o způsobilosti uvedeného zařízení k zamýšlené činnosti.
- 2) Místem plnění pro dodání zboží je gastroenterologická ambulance Městské nemocnice v Odrách, p.o. na adrese: Nadační ul. 375/1, 742 35 Odry.
- 3) Prodávající se zavazuje dodat kupujícím zboží nejpozději do 30.11.2022.

Článek V.

Prohlášení a záruky smluvních stran

- 1) Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem zboží a že je oprávněn s ním bez omezení disponovat, že zboží není zatíženo jakýmkoli právními nebo faktickými vadami.
- 2) Záruku na jakost poskytuje prodávající po dobu 24 měsíců ode dne předání zboží v příslušném místě plnění. Záruční doba počíná běžet dnem podpisu předávacího protokolu dle čl. IV. odst. 1) této smlouvy. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží a na jeho součásti, jejichž sama životnost je kratší než délka záruční doby, v takovém případě je záruka rovna životnosti.

Článek VI.

Záruční servis

- 1) Záruční i pozáruční servis je poskytován odborně způsobilou firmou se sídlem v ČR.
- 2) Prodávající se zavazuje zajistit a provést záruční servis na základě písemného nahlášení vady uživatelem e-mailem na adresu info@red-med.cz
- 3) V případě závady či poruchy zboží se prodávající zavazuje vyslat kvalifikovaného servisního technika na místo plnění k opravě závady do 24 hodin od nahlášení závady, což se považuje za uplatnění vady. Prodávající se zavazuje, že do 1 kalendářního dne od příjezdu servisního technika na místo plnění odstraní závadu na zboží a uvede zboží do běžného provozu. Prodávající může závadu odstranit i tím, že zapůjčí kupujícím po dobu opravy náhradní zboží, jehož funkčnost bude plně srovnatelná se zbožím opravovaným.

- 4) Prodávající se zavazuje poskytovat kupujícímu bezplatný záruční servis minimálně po celou dobu trvání záruční lhůty.
- 5) V případě potřeby uživatele je prodávající povinen zajistit placený pozáruční servis zboží a to nejméně po dobu 8 let ode dne dodání zboží. Za účelem stanovení podmínek poskytování pozáručních servisních služeb smluvní strany uzavřou samostatnou servisní smlouvu.

Článek VII. Smluvní pokuta

- 1) V případě, že prodávající bude v prodlení s dodáním zboží, je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1% (jedna desetina procenta) z ceny nedodaného zboží včetně DPH za každý den prodlení s dodáním zboží. Smluvní pokuta nebude z důvodu efektivity vymáhána, nedosáhne-li částky minimálně 1000 Kč. V případě, že prodávající prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně kupujícího, zanikne kupujícímu právo smluvní pokutu uplatňovat.
- 2) V případě, že prodávající v záruční době nedodrží termíny specifikované v čl. VI. odst. 2 této smlouvy, uhradí kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním reklamovaných závad.

Článek VIII. Všeobecná a závěrečná ustanovení

- 1) Ve věcech plnění této smlouvy jsou kontaktními osobami:
na straně prodávajícího:
Bc. Artur Gataullin, tel. (+420) 773 124 948; email: info@red-med.cz
na straně kupujícího:
Ing. Martin Šmaus, ředitel, tel.: +420 605 237 172, e-mail: martin.smaus@nemocniceodry.cz,
- 2) Tato smlouva je platná dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 3) Tato smlouva podléhá uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv. Zveřejnění této smlouvy v registru smluv provede do 30 dnů od uzavření smlouvy kupující.
- 4) Tato smlouva může být měněna pouze písemnými souvisle vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
- 5) Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely na základě své pravé, svobodné a vážné vůle, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
- 6) Tato smlouva včetně příloh je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
- 7) Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č.1: Specifikace plnění

V Praze:

V Odrách

:

.....
Za prodávajícího
MUDr. Eduard Gataullin, jednatel

.....
Za kupujícího
Ing. Martin Šmaus, ředitel

**ZÁKLADNÍ TECHNICKÝ POPIS MYČÍHO A DEZINFEKČNÍHO ZAŘÍZENÍ SOLUSCOPE SÉRIE 1
(MODEL: SL-V1-AL-PA)**



Název/typ: označení zboží-výrobku přístroje	SOLUSCOPE SERIE 1
Výrobní model	SL-V1-AL-PA
Výrobce	SOLUSCOPE SAS

SEZNAM DŮLEŽITÝCH FUNKCÍ A VLASTNOSTÍ:

1. Automatické mycí a dezinfekční zařízení pro flexibilní endoskopy. Samostatně stojící jednokomorové mycí a dezinfekční zařízení s horním plněním.
2. Automatické mytí a dezinfekce jednoho flexibilního endoskopu v uzavřeném pracovním cyklu, zahrnujícím automatické mytí v detergentu, dezinfekci a závěrečný oplach endoskopu a proplach všech kanálů pomocí čištěné vody.
3. Kompletní nabídka dezinfekčních prostředků PAA (kyselina peroctová), GTA (glutaraldehyd).
4. Kompletní doba mycího a dezinfekčního cyklu od vložení do vyjmutí endoskopu PAA - 22 min., GTA - 26 min.
5. Automatický systém řízení dávkování pracovních roztoků.
6. Na konci cyklu sušení vnitřních kanálů endoskopu HEPA 13 filtrovaným vzduchem, možnost aktivace sušení vnitřních kanálů endoskopu alkoholem.
7. Kompatibilita s endoskopy všech hlavních značek: Olympus, Pentax, Fujinon, Storz.
8. Automatická zkouška těsnosti endoskopu během celého cyklu.
9. Funkce autodezinfekce/dekontaminace myčky s možností prodloužené doby automatické cirkulace dezinfekčního roztoku.
10. Zajištění mikrobiologické kvality vody pomocí integrované filtrační, před-filtrační jednotek.
11. Systém kontroly všech důležitých parametrů celého procesu, 2 senzory pro kontrolu tlaku a průchodnosti kanálků endoskopů, zvukové a signální upozornění s kódem alarmu.
12. Bezpečnostní senzory pro kontrolu překročení teploty uvnitř mycí komory.
13. Magnetové zámky víka, senzory, které zajišťují správně uzavření víka po celou dobu cyklu.
14. Dotykový ovládací panel s intuitivním grafickým softwarem.
15. Grafické zobrazení všech důležitých parametrů cyklu - aktuální fáze dezinfekčního cyklu, doby chodu, teploty uvnitř mycí komory.
16. Dokumentace dezinfekčního cyklu pomocí integrované tiskárny štítků včetně validace cyklu, identifikace endoskopu a uživatele, potenciální chyby.
17. Čtečka čárových kódů pro identifikaci endoskopů, uživatelů.
18. Integrovaná termální tiskárna pro tisk štítků validace dezinfekčních cyklů.
19. Integrované paměťové úložiště pro ukládání dat o endoskopech a zálohování štítků validace dezinfekčních cyklů.
20. Plná kompatibilita s platnou legislativou a technickou normou ČSN EN ISO 15883-1,4.
21. Mobilní a kompaktní zařízení na kolečkách, hmotnost 70 kg.
22. Provozní hladina hluku: 55 dB.
23. Vnější rozměry přístroje 61,5cm x 65cm x 101cm.
24. Elektrické připojení 220-240V/ 50 Hz.
25. Kvalitní, robustní a barevně stabilní materiály.
26. Ethernet port, možnost propojení s globálním softwarovým řešením.