




NAPOJENÍ ZUBAŘSKÉHO KŘESLA:

- Voda PPR 20
- Stlačený Vzduch PPR 20
- Odpad sacího vedení HT DN 40 (změna z ND 50)
- Odpad klasický HT DN 40
- Demineralizovaná voda PPR DN 20 z technické místnosti



**PŘED INSTALACÍ ROZVODŮ TPS ZHOTOVITEL MUSÍ KONTAKTOVAT
DODAVATELE ZUBNÍHO KŘESLA PRO UPŘESNĚNÍ UMÍSTĚNÍ VÝVODŮ
POD KŘESLO!!!**

AUTORIZACE

PARÉ

ZODP. PROJEKTANT		VYPRACOVAL		<div>BYVAST PRO</div>	
ING. JIŘÍ CIGÁNEK		ING.VENDULA ZIKMUNDOVÁ			
INVESTOR		MĚSTO ODRY, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 16/25, 742 35 ODRY			
MÍSTO STAVBY		SÍDLIŠTĚ MÍRU 958/1, 742 35 ODRY			
PARCELA Č.		813	K.Ú.	ODRY	U Rounovny 697/16, Ostrava - Svinov, 721 00 IČ: 27848183
OBJEKT		-			
AKCE:		ZUBNÍ ORDINACE-ZS ODRY			
		PŘIPOJENÍ KŘESLA			
		STUPEŇ		DPS	
		DATUM		07/2024	
		FORMÁT		630x297 mm	
		REVIZE		00	
		MĚŘÍTKO		Č. VÝKRESU	
		1:250		D.1.4- 004	